

**Samodzielny
Specjalistyczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
w Rudce im. dr. Teodora Dunina
Rudka
05-320 Mrozy
Aleja Teodora Dunina 1
tel/fax (0-25) 75-743-43**

przetarg nieograniczony na dzierżawę koncentratorów tlenu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1:

Zamawiający w pkt. 8.1. SIWZ zawarł zapis, że wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dalszej treści Siwz nie ma informacji o kwocie wadium, ani na temat opisu sposobu dokonania wpłaty, np. nr konta, na który należy dokonać przelewu lub też informacji o innych sposobach, formach zabezpieczenia oferty wadium. Bardzo prosimy o podanie informacji by ewentualnie zdążyć dokonać wpłaty przed terminem otwarcia ofert- jeśli wadium jest faktycznie wymagane. W SIWZ nie ma również szczegółowych informacji o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy- jaka kwota i opis formalności jakie należy w związku z tym wykonać lub, że nie dotyczy.

Są to istotne treści dotyczące postępowania. Prosimy o uściślenie czy nie zaszła omyłka, gdyż w ogłoszeniu widnieje informacja, że wadium nie jest wymagane.

Odpowiedź: Rzeczywiście w SIWZ znalazł się błędny zapis. Powinno być: „Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Przepraszamy.

Pytanie 2

Czy Wykonawca dopuści oferowanie koncentratorów tlenu o wadze do 19,5 kg.

Odpowiedź: Nie.

Oprócz powyższych pytań wpłynęła prośbą o zmianę zapisów w PROJEKCIE UMOWY na następujące:

§ 1. Przedmiot umowy:

2. Przedmiotem umowy jest dzierżawa koncentratorów tlenu dla Poradni Domowego Leczenia Tlenem Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce. Dzierżawa odejmuje 130 sztuk koncentratorów tlenu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości zamówienia w

granicach o 20%, lub zwiększenia w granicach o 10% (zamówienie uzupełniające w trybie „z wolnej ręki”).

Odpowiedź: Treść zapisu pkt. 2 § 1 PROJEKTU UMOWY pozostaje bez zmiany.

§ 3. Postanowienia szczegółowe:

1. Koncentrator tlenu zostanie dostarczony Użytkownikowi przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania danego zlecenia/skierowania dostawy przez Wykonawcę przesłanego faxem przez Zamawiającego. Oryginał skierowania zostanie przesłany Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia. Wzór skierowania stanowi załącznik do niniejszej umowy.

Odpowiedź: Treść pkt. 1 i 2 § 3 w zmienionym brzmieniu została wprowadzona do PROJEKTU UMOWY

3. Dostawa, instalacja i serwis odbywać się będzie w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Niedotrzymanie terminu lub nieuzasadnione wezwanie serwisu przez użytkownika spowoduje obciążenie go wynikającymi z tego faktu karami.

Odpowiedź: Treść zapisu pkt. 3 § 3 PROJEKTU UMOWY pozostaje bez zmiany.

6.2. Usunięcia usterek koncentratora tlenu w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dacie otrzymania zgłoszenia ich przez Użytkownika lub Zamawiającego. Z tym, że nieuzasadnione wezwanie serwisu spowoduje obciążenie kosztami jego przybycia podmiot zgłaszający

Odpowiedź: Treść pkt. ppkt. 6.2 w pkt. 6 § 3 w zmienionym brzmieniu została wprowadzona do PROJEKTU UMOWY

6.8. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekazaniu dokumentacji, określonej w pkt. 6.4 do 6.7. przekraczającej 14 dni Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za osobo/dni od daty instalacji do dnia uzyskania przez Zamawiającego wymaganych dokumentów. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź: Treść zapisu ppkt. 6.8. w pkt. 6 § 3 PROJEKTU UMOWY pozostaje bez zmiany

§ 5. Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe:

2. Zamawiający będzie akceptował wyłącznie osobo-dni, w których faktycznie dysponował sprzętem. Czas transportu, okres pozostawiania w naprawie itp. nie będzie uwzględniany.

Odpowiedź: Treść zapisu. w pkt. 2 § 5 w zmienionym brzmieniu została wprowadzona do PROJEKTU UMOWY

3. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej zawiera podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt dzierżawy, dostarczenia aparatu Użytkownikowi, serwisu, dojazdu serwisu, części eksploatacyjnych i zamiennych.

Z tym, że dodatkowe koszty naprawy lub odtworzenia, wynikające z cennika Wykonawcy, ponosić będzie Zamawiający w sytuacji gdy do uszkodzenia sprzętu lub jego utraty w okresie dzierżawy dojdzie z powodów niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź: Treść zapisu. w pkt. 3 § 5 w zmienionym brzmieniu została wprowadzona do PROJEKTU UMOWY

4. Cena za jeden osobo-dzień określona w ofercie, pozostaje niezmienna w okresie obowiązywania umowy w zakresie zamówienia podstawowego i uzupełniającego. Zmiany ceny mogą wynikać jedynie ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku stawka netto nie ulegnie zmianie, a stawka brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana stawki brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

Odpowiedź: Treść zapisu w pkt. 4 § 5 PROJEKTU UMOWY pozostaje bez zmiany

7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za przedmiot zamówienia każdorazowo w terminie 30 dni od daty wystawienia poprawnej pod względem księgowym faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Odpowiedź: Treść zapisu. w pkt. 7 § 5 w zmienionym brzmieniu została wprowadzona do PROJEKTU UMOWY

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części lub całości umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Jednak ewentualna redukcja nie może być większa niż o 20%.

Odpowiedź: Treść zapisu w pkt. 1 § 6 PROJEKTU UMOWY pozostaje bez zmiany

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, chyba że strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Treść zapisu. w pkt. 2 § 6 w zmienionym brzmieniu została wprowadzona do PROJEKTU UMOWY

4. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.

Odpowiedź: Treść zapisu w pkt. 4 § 6 PROJEKTU UMOWY pozostaje bez zmiany

PROJEKT UMOWY ujednolicony po zmianach.

§ 1. Przedmiot umowy:

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty z dnia Oferta Wykonawcy, druk „SKIEROWANIE”, druk „KARTA SERWISOWA KONCENTRATORÓW TLENU” stanowią odpowiednio załączniki 1, 2, i 3 do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem umowy jest dzierżawa koncentratorów tlenu dla Poradni Domowego Leczenia Tlenem Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce. Dzierżawa obejmuje 130 sztuk koncentratorów tlenu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wartości zamówienia w granicach 20%, lub zwiększenia w granicach 10% (zamówienie uzupełniające w trybie „z wolnej ręki”).

3. Dostarczone przez wykonawcę koncentratory tlenu będą nie starsze niż 5 lat, licząc od daty wyprodukowania do dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy.

§ 2. Postanowienia ogólne:

1. Koncentratory tlenu stanowią własność Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego oddać w użytkowanie koncentratory tlenu Użytkownikom (pacjentom) wskazanym przez Zamawiającego.

3. W dalszej części umowy przez Użytkownika rozumie się osobę, która otrzyma od Zamawiającego skierowanie na użytkowanie koncentratora tlenu.

4. Wykonawca w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy ma obowiązek zarejestrowania się na portalu NFZ w systemie SZOI (SYSTEM ZARZADZANIA OBIEGIEM INFORMACJI) jako podwykonawca Zamawiającego.

§ 3. Postanowienia szczegółowe:

1. Koncentrator tlenu zostanie dostarczony Użytkownikowi przez Wykonawcę na podstawie skierowania/zlecenia przesłanego przez Zamawiającego faxem. Oryginał skierowania/zlecenia zostanie przesłany Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia. Wzór skierowania/zlecenia stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Okres pomiędzy otrzymaniem faxu skierowania/zlecenia a dostarczeniem i instalacją koncentratora tlenu u Użytkownika, nie może być dłuższy niż 3 dni robocze .

3. Dostawa, instalacja i serwis odbywać się będzie w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Niedotrzymanie terminu lub nieuzasadnione wezwanie serwisu przez użytkownika spowoduje obciążenie go wynikającymi z tego faktu kosztami.

4. Serwis poza koniecznymi naprawami i wymianą elementów eksploatacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta, obejmuje przegląd koncentratora (nie rzadziej niż co 6 miesięcy), wraz z wymianą filtra powietrza i filtra przeciwbakteryjnego oraz pomiarem stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu użytkowania koncentratora tlenu i konieczności odbioru sprzętu od Użytkownika. Powiadomienie może mieć formę pisemną tradycyjną (pismo), elektroniczną lub faxu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do:

6.1. Dostarczenia Użytkownikowi koncentratorów tlenu w stanie gotowym do użycia wraz z nawilżaczem i 1 kompletem przewodów tlenowym.

6.2. Usunięcia usterek koncentratora tlenu w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich przez Użytkownika lub Zamawiającego, licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu ponosi zgłaszający.

6.3. Przeszkolenia Użytkownika w zakresie zasad obsługi koncentratora tlenu.

6.4. Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu protokołu instalacji koncentratora i przeszkolenia, podpisanego przez Użytkownika.

6.5. Protokół o którym mowa wyżej powinien zawierać dane:

- imię i nazwisko Użytkownika,
- imię i nazwisko osoby instalującej koncentrator i dokonującej przeszkolenia Użytkownika,
- wypełnioną kartę serwisową koncentratora tlenu aktualną w dniu instalacji
- dokument potwierdzający uprawnienia osoby dokonującej przeglądu
- informacje dotyczące koncentratora: typ, model, nazwa producenta, numer fabryczny,
- datę produkcji i wskazanie licznika
- dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia do użytkowania na terenie RP,

6.6. Protokół może mieć formę pisemną tradycyjną (pismo), elektroniczną lub faxu. Zasady te obowiązują również w przypadku powzięcia przez Wykonawcę informacji o rezygnacji Użytkownika z udziału w programie „Domowego leczenia tlenem”.

6.7. Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej karty serwisowej koncentratora tlenu - co 6 miesięcy od daty poprzedniego przeglądu.

6.8. W przypadku zwłoki w przekazaniu dokumentacji, określonej w pkt. 6.4 do 6.7. przekraczającej 14 dni Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za osobo/dni od daty instalacji do dnia uzyskania przez Zamawiającego wymaganych dokumentów. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do siedziby Zamawiającego.

7. Zamawiający zobowiązuje się do:

7.1. Niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o fakcie uszkodzenia lub utraty sprzętu medycznego, który będzie użytkowany w programie domowego leczenia tlenem

7.2. Przekazania Wykonawcy informacji o przerwie w tlenoterapii spowodowanej np. pobytem użytkownika w szpitalu lub sanatorium.

§ 4. Terminy realizacji:

1. Dostawy będą realizowane w okresie 12-tu miesięcy t.j. od do

2. Szczegółowe terminy dostaw indywidualnym Użytkownikom będą każdorazowo ustalane zgodnie z zapisem w § 3 niniejszej umowy.

§ 5. Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe:

1. Zamawiający zapłaci dostawcy wynagrodzenie będące iloczynem ceny za jeden osobo-dzień w wysokości PLN (słownie) i ilości osobo-dni.
2. Zamawiający będzie akceptował wyłącznie osobo-dni, w których faktycznie dysponował sprzętem. Czas transportu, naprawy itp. nie będzie uwzględniany.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej zawiera podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt dzierżawy, dostarczenia aparatu Użytkownikowi, serwisu, dojazdu serwisu, części eksploatacyjnych i zamiennych. Z tym, że koszty naprawy lub odtworzenia, w sytuacji gdy do uszkodzenia sprzętu lub jego utraty w okresie dzierżawy dojdzie z powodów niezależnych od Wykonawcy, ponosić będzie Zamawiający.
4. Cena za jeden osobo-dzień określona w ofercie, pozostaje niezmienna w okresie obowiązywania umowy w zakresie zamówienia podstawowego i uzupełniającego. Zmiany ceny mogą wynikać jedynie ze zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Wykonawca zastosuje nową stawkę VAT z dniem jej obowiązywania, z zachowaniem ceny jednostkowej netto, określonej w ofercie.
5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za dostawę jest częściowa faktura VAT, wraz z załącznikiem, wystawiona przez dostawcę za miesiąc poprzedni, do dnia 10 miesiąca następnego.
6. Załącznik, o którym mowa w pkt. 5 powinien zawierać co najmniej: dane personalne pacjenta, datę włączenia (i/lub wyłączenia) pacjenta do programu domowego leczenia tlenem, o ile włączenie (i/lub wyłączenie) do programu ma miejsce w okresie rozliczeniowym objętym fakturą, indywidualną ilość osobo-dni każdego pacjenta i łączną ilość osobo-dni.
7. Płatności za faktury częściowe będą realizowane przez zamawiającego nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego..
10. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego ponosi Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem zamawiającego ponosi Wykonawca.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części lub całości umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt 4 § 5.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
5. Okres wypowiedzenia umowy - 30dni.

DYREKTOR

mgr Marianna Zambrzycka