



SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Rudka, dnia 29.07.2015 r.

Nr sprawy: **AE/MK/2710/3/15**

Nr kanc.: 1277/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

W nawiązaniu do zapytań oferentów informuję:

DOT. PAKIETU NR 4, POZ. 1

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuści gazik z włókniny „spunbond”, które są bardziej wilgotne i grubsze od konkurencyjnych ściereczek alkoholowych, o wymiarach 10,5x16,5cm, zarejestrowanych jako wyrób medyczny?

➤ Nie.

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 1,2

Czy zamawiający wymaga przedstawienia listy produktów dopuszczonych przez producenta myjni, firmę Wassenburg, w celu potwierdzenia kompatybilności oferowanych środków? Według naszej wiedzy, nie wszystkie linie produktów mogą mieć zastosowanie/podłączenie do myjni WD440.

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 5, POZ. 7

Czy w poz. 7 nie nastąpiła omyłka pisarska gdyż wymagane są rękawice do mycia pacjenta a zawartość op.250ml Czy Zamawiający oczekuje op a 10 szt.?

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 6, POZ. 2

Czy w poz. 1 nie nastąpiła omyłka pisarska jest: wymagana możliwość łączenia z preparatem z Poz. 2. Czy Zamawiający nie miał na myśli poz. 3?

➤ Tak.

DOT. PAKIETU NR 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenco. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

➤ Zamawiający nie dopuszcza.





SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

**Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce**

**Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343**

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN -EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

DOT. PAKIETU NR 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 1000ml oraz były dostosowane do systemu Merida zawęży konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezyjologicznego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli i inhibitorów korozji o skuteczności mikrobiologicznej 0,5% w temperaturze 30-60°C w opakowaniach 5l?

- *Tak, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie preparatu przez producenta myjni.*

DOT. PAKIETU NR 1, POZ. 2

Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezyjologicznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – polio, HBV, HIV, Papowa SV 40, Parwowirus, S, jaja glisty, Helicobacter pylori) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, w opakowaniach 5l?

- *Tak, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie preparatu przez producenta myjni.*

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku zapytań oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego uległa modyfikacji SIWZ, tj.: załącznik: nr 2 – „formularz asortymentowo-cenowy”. Zmodyfikowane dokumenty dostępne są na stronie: www.bip.rudka.com.pl w zakładce: Zamówienia publiczne.

Marianna Zambrzycka

Dyrektor SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce

