



SSZ ZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Rudka, dnia 23.11.2015 r.

Nr sprawy: **AE/MK/2710/5/15**

Nr kanc.: 1918/2015

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego.**

W nawiązaniu do zapytań oferentów informuję:

**DOT. PAKIETU NR II, POZ. 2**

1. Czy Zamawiający w pakiecie 2, poz. 2 dopuści moc kontrolny płynny, gotowy do użycia?  
➤ **Tak, jeżeli objętość opakowania nie przekracza 15ml i po otwarciu jest trwały min. 3 miesiące.**

**DOT. PAKIETU NR VI**

2. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycje nr 1-12 i utworzy dla nich oddzielny pakiet? Utworzenie oddzielnego pakietu pozwoli szerszej grupie Wykonawców złożyć ofertę.  
➤ **Nie.**

**DOT. PAKIETU NR IX, POZ. 2**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 testu zawierającego w opakowaniu 60 sztuk i tym samym na zaoferowanie takich 2 opakowań?  
➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XL, POZ. 2**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 odczynnika z min. 5 miesięcznym terminem ważności od momentu dostawy?  
➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XLI**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 zestawu zawierającego w opakowaniu 64 fiołki i tym samym na zaoferowanie takich 4 opakowań?  
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 zestawu zawierającego w opakowaniu 64 fiołki i tym samym na zaoferowanie takich 3 opakowań?  
➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR VI**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w poszczególnych częściach: Gotowe podłoża na płytkach, Gotowe pożywki w probówkach, Testy diagnostyczne oraz Odczynniki wskaźnikowe i akcesoria? Podział Pakietu umożliwi wzięcie udziału większej liczbie oferentów i pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjne ceny.  
➤ **Nie.**

**DOT. PAKIETU NR XIII**

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża?  
➤ **Tak.**





SSZ ZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

9. Czy Zamawiający może sprecyzować jakich próbek antybiotyków wymaga?
- **Karbapenemy.**
10. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania opinii KORDL?
- **Nie.**
11. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia dokumentu potwierdzającego zakres stężeń wg DIN?
- **Nie.**

#### DOTYCZY SIWZ

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie wymaganych w SIWZ dokumentów rejestracyjnych: CE, wpisu do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych w formie elektronicznej na płycie CD??
- **Tak.**
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie wymaganych pod pakietami certyfikatów jakości, metodyk, kart charakterystyki w formie elektronicznej na płycie CD?
- **Tak.**

#### DOTYCZY WZORU UMOWY

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar za nieterminową dostawę z 2 % na 0,5% wartości za niezrealizowaną część zamówienia?
- **Nie.**

#### DOT. PAKIETU NR VII, POZ.3

15. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 szczep z drugiego pasażu w postaci wymazówek?
- **Nie.**

#### DOT. PAKIETU NR I, POZ.4

16. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 4 dopuści próbki z EDTA K3?
- **Tak.**

#### DOT. PAKIETU NR I, POZ.12

17. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 12 dopuść kapilary o poj.98 ul?
- **Tak.**

#### DOT. PAKIETU NR I, POZ.12

18. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 12 dopuść kapilary o nieobtopionych końcach?
- **Nie.**

#### DOT. PAKIETU NR I, POZ.23

19. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 23 dopuści nalepki 50x25mm?
- **Tak.**

#### DOT. PAKIETU NR I, POZ.25

20. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 25 dopuści pipetki Pasteura o dł.155mm?
- **Tak.**

#### DOT. PAKIETU NR V, POZ.7

21. Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 7 dopuści próbki do głębokiego mrożenia na 1ml wymiary 10x4,27mm stożkowe samostojące z wewnętrznym wkręcanym korkiem?
- **Nie.**

#### DOT. PAKIETU NR I ORAZ V

22. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 i 5 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
- Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).





SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

- **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z ceną jednostkową do trzech lub czterech miejsc po przecinku. W kolumnie nr 6 formularza asortymentowo cenowego należy wpisać wielkość opakowania natomiast w kolumnie nr 8 cenę jednostkową netto jednego opakowania**

**DOT. PAKIETU NR VII, POZ. 3**

23. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 3 szczepu wzorcowego Haemophilus influenzae ATCC 9934, zalecanego do wewnętrznej kontroli jakości mikrobiologicznej zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST) „Tabele interpretacji wartości granicznych minimalnych stężeń hamujących (MIC) oraz wielkości stref zahamowania wzrostu” Wersja 5.0, obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku (strona 68)?

- **Nie.**

**DOT. PAKIETU NR XXV**

24. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania barwników konfekcjonowanych w butelkach po 25 ml, wygodnych i bezpiecznych w użyciu, zaopatrzonych dozownik, z przeliczeniem na wymaganą przez Zamawiającego ilość?

- **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XXXVII**

25. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu kontroli jakości wystawionego przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prętka a tym samym wyrazi zgodę na dostarczenie certyfikatu kontroli jakości wystawionego przez producenta?

- **Nie.**

**DOT. PAKIETU NR XXXII**

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji stosowania odczynników w formie książkowej (zbindowanej) tylko przy pierwszej dostawie odczynników?

- **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XXXII**

27. Czy Komisja przetargowa (Zamawiający) będzie prowadził niniejsze postępowanie przetargowe zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r (DzU 2013 poz 231) w tym będzie sankcjonował (czyli uzna) prawo wykonawcy wynikające z § 6. Z ostrożności procesowej przy negatywnej odpowiedzi na pytanie wnosimy o unieważnienie postępowania w całości na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7?

- **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XXXII**

28. Czy Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane produkty w ramach Pakietu nr XXXII były dopuszczone do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej?

Zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro art. 1 ust. 2 pkt. b oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 2 ust 1 pkt. 39, został jednoznacznie określony jako wyrób medyczny do zastosowania w diagnostyce in vitro cyt.: „Wyroby do ogólnego zastosowania laboratoryjnego nie są wyrobami medycznymi używanymi do diagnozy in vitro, chyba że produkty te mając na uwadze ich właściwości, zostały wyraźnie przeznaczone przez wytwórcę do zastosowania w badaniach diagnostycznych in vitro”.

Ponadto zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie zawartymi w „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” jednoznacznie określa wymóg oznakowania CE wszystkich wyrobów (sprzęt i odczynniki) używanych w diagnostyce in vitro cyt: „Sprzęt jednorazowego użytku oraz





SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy  
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

wszystkie stosowane odczynniki i testy diagnostyczne muszą posiadać certyfikaty jakości (oznakowanie CE, deklaracje zgodności wyrobów medycznych itp.)”

Powyższe przepisy jednoznacznie określają stosowanie w diagnostyce in vitro wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE, posiadających deklaracje zgodności oraz dopuszczonych do obrotu i używania na terenie RP.?

- **Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane produkty w ramach Pakietu nr XXXII były zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.**

#### DOT. PAKIETU NR XXXII

29. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich produktów oferowanych w Pakiecie nr XXXII pochodzących od jednego producenta celem walidacji metody?

- **Tak. Zamawiający oczekuje odczynników i kart pochodzących od jednego producenta.**

#### DOT. PAKIETU NR XXXII

30. Ze względu na opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr XXXII wskazujący na pochodzenie określonego przedmiotu zamówienia tj. mikrometoda Diamed ID-System oraz odczynniki zgodnie z instrukcjami obsługi posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych)), czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne produkty o parametrach kompatybilnych do określonego systemu, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Wskazany przepis jednoznacznie wskazuje, iż poprzez opisanie przedmiotu zamówienia wskazującego na pochodzenie Zamawiający jest zobowiązany do wskazania w opisie przedmiotu zamówienia wyrażenia „lub równoważny”.

Ponadto wskazujemy na zapisy we wzorze umowy: „możliwość zakupu produktów u innego dostawcy” przy jednoczesnym wskazaniu, że jedynym dostawcą na terenie RP produktów do posiadanej mikrometody jest firma DiaHem.

- **Zamawiający dopuszcza, jeżeli będą spełniały wymogi zawarte w SIWZ.**

#### DOT. PAKIETU NR XXXII

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę krwinek wyspecyfikowanych w Pakiecie nr XXXII zgodnie z harmonogramem dostaw, który wynika z ich cyklu produkcyjnego?

Produkcja krwinek odbywa się cyklicznie z pozyskanego osocza od dawców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 6 razy w roku, zgodnie z uprzednim harmonogramem produkcji uwzględniającym ograniczoną ważność wyprodukowanych krwinek. W związku z powyższym krwinki produkowane są raz w miesiącu, a dodatkowa produkcja dla potrzeb szpitala spowoduje uruchomienie linii technologicznej produkcji krwinek, co jednoznacznie wpłynie na cenę oferty, a Zamawiającego może narazić na nieracjonalne wykorzystanie środków publicznych

- **Tak.**

#### DOT. PAKIETU NR XXXII, POZ. 3

32. Wnosimy o weryfikację zapisu wymagania na: „karta do potwierdzania grupy krwi o profilu anty A-B-D (VI-) jako zgodny z aktualnymi wymaganiami IHiT w Warszawie lub dopuszczenie możliwości zaoferowania wyspecyfikowanej kart pochodzącej producenta mikrometody Diamed ID-System.

#### Uzasadnienie wniosku

Powyższe potwierdza publikacja IHiT w Warszawie z 2014r której treść jest zgodna z normami prawnymi (patrz ostatnie strony publikacji IHiT) **cytujemy: pkt 7.9.2.1** oznaczenie u biorcy (czyli chorego) cytów „oznaczenie antygenu D u biorcy wykonywane jest za pomocą odczynnika monoklonalnego anty-D nie wykrywającego DVI”

Zachodzi pytanie dlaczego Zamawiający wyraził chęć zakupu karty z DVI+, którą zamierza używać niezgodnie z obowiązującymi wytycznymi IHiT w Warszawie? Z ostrożności wskazujemy, że potwierdzanie grupy krwi pacjenta wykonuje się na odmiennych kartach np. AHG Coombs. Z całą stanowczością podkreślamy, że karta jest zakupem bezzasadnym czyli w potocznym języku „pustym” w







SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy  
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

celu ograniczenia dostępu do zamówienia publicznego wykonawcom innym niż dotychczasowy. Jeżeli Zamawiający nadal będzie podtrzymywał chęć zakupu karty w celu potwierdzenia grupy krwi pacjenta, to prosimy o udokumentowanie lub uzasadnienie dlaczego podejmuje działania do których nie jest uprawniony. Wskazujemy, że uzasadnienie prześlemy do konsultanta krajowego celem weryfikacji danych.

Zamawiający wymagając karty z DVI+ wymaga również aby karta pochodziła od producenta wirówek czyli sprzętu, tym samym uniemożliwił zakup uzupełniający, co jest działaniem celowym i przemyślanym aby tylko jedna firma mogła złożyć zamówienia. Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia obawiając się, że nasza firma może zakupić kartę dla dawców z DVI+ firmy BioRad i zaoferować ją podjęła działania które dają gwarancję wyeliminowania takiego rozwiązania.

#### Zarzuty:

Zamawiający niezgodnie z Pzp opisał przedmiot zamówienia pod wykonawcę, który specjalizuje się w dostawach do RCKiK jednocześnie nie dopuszczając rozwiązań równoważnych z opisanymi, co nie znajduje uznania w Pzp. Niedopuszczenie produktu równoważnego jest naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy PZP poprzez utrudnianie dostępu do rynku oraz uniemożliwienie wykonawcom sporządzenia oferty w sposób uwzględniający rozwiązania najkorzystniejsze.

W tym miejscu pragniemy przywołać wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 2734/11: *„Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”* (podkr. nasze).

#### ➤ Nie.

**Wyjaśnienie: poz. 3 pakietu XXXII dotyczy potwierdzenia grupy krwi u pacjenta. Przytoczony przepis 7.9.2.1 dotyczy oznaczenia antygenów A, B i D u biorcy podczas wykonywania próby przed przetoczeniem krwi. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ poz. 3 formularza asortymentowo-cenowego. W przytoczonej publikacji nie zaznaczono, że drugi odczynnik –D nie może być –DVI(+). Zatem przepisy w żaden sposób nie wykluczają użycia drugiego klonu –DVI(+). Zamawiający wybrał takie rozwiązanie ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Wybór takiego rozwiązania nie wpływa na koszt badania.**

#### DOT. PAKIETU NR XXXII

33. Wnosimy o wykreślenie wymogu Zamawiającego w pkt 7 „Odczynniki zgodne z instrukcjami obsługi posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (zgodnie z art. 90, ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych) Przytoczony wymóg w pkt 7 jest sprzeczny z zapisami projektu umowy w § 2, ust 8 tj.: „W przypadku, gdy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dostarczony produkt nadal będzie obciążony wadą Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu danego preparatu u innego podmiotu ...” i w § 5, ust. 3 tj.: „W przypadku nieterminowej realizacji umowy oprócz kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy w cenie towarów niedostarczonych, a zakupionych przez Zamawiającego od innego dostawcy”

Ponadto nadmieniamy, że jedynym autoryzowanym dystrybutorem w Polsce sprzętu, odczynników i kart do mikrometody Diamed ID – System jest firma DiaHem z Krakowa, w związku z czym niemożliwym staje się zakup towarów wyspecyfikowanych w SIWZ u innego dostawcy.

Niezrozumiałym jest działanie Zamawiającego, który działa na korzyść określonego wykonawcy chroniąc jego interesy.

Mamy nadzieję, że w celu przejrzystości i transparentności postępowania z poszanowaniem art. 7, art. 29, art. 30 Pzp Zamawiający przychyli się do naszych propozycji, co skutkować będzie poszerzeniem grana





SSZ ZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy  
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

oferentów z korzyścią dla sektora finansów publicznych oraz z poszanowaniem norm prawnych takich jak kodeks cywilny oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r

- ***Wymóg określony w pkt. 7 nie jest sprzeczny z zapisami wzoru umowy. Zamawiający opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, nie użyć w żadnym przypadku nazw własnych odczynników bądź produktów. Opisać jedynie badania jakie zamierza wykonywać. Jednakże Zamawiający modyfikuje parametry graniczne umieszczone pod formularzem asortymentowo-cenowym w zakresie pkt. 7, dodając zapis: „równoważnie Zamawiający dopuszcza inne poza oryginalnymi odczynnikami pod warunkiem dostarczenia wraz z ofertą przetargową pozytywnej opinii IHiT w Warszawie, stwierdzającą możliwość używania oferowanych odczynników z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem.”.***

#### **DOT. PAKIETU NR XXXVII**

34. Czy Zamawiający Wymaga by zaoferować Podłoże Loewensteina-Jensena z zielenią malachitową i gliceryną, w próbkach o wymiarach: średnica całkowita 15-16mm, średnica wewnętrzna wlotu próbki min. 10mm, wysokość wraz z korkiem 11-16,5cm?

- ***Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.***

#### **DOT. PAKIETU NR XXI**

35. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów paskowych, które umieszczone są od razu w kasetkach (rynienkach) do inkubacji?

- ***Tak.***

#### **DOT. PAKIETU NR XXI**

36. Czy Zamawiający pisząc „ocena pasków ilościowa” ma na myśli testy zarejestrowane jako ilościowe (metoda ilościowa) z min. 3 kontrolami, ludzkim IgE w kontrolach i krzywą kalibracyjną wykonywaną indywidualnie do każdego testu, których wyniki wyrażone są liczbą (stężenie kU/l), a także w klasach 0-6 RAST i dodatkowo graficznie?

- ***Tak.***

#### **DOT. PAKIETU NR XXXII**

37. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m. in. krwinek wzorcowych) Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa asortymentu w zakresie pakietu XXXII odbywała się zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem dostaw na dany rok, uwzględniającym technologię produkcji asortymentu, a kryterium "czas dostawy" w przypadku pakietu XXXII, będzie dotyczył dostaw pilnych "na cito" zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie maksymalnie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia?

- ***Tak.***

#### **DOT. PAKIETU NR XXXII**

38. Czy Zamawiający wymaga, aby karty w poz. 1-4 formularza asortymentowo-cenowego były fabrycznie wypełnione odpowiednimi odczynnikami przez producenta?

- ***Tak.***

#### **DOT. PAKIETU NR XXXII**

39. Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 6 formularza asortymentowo-cenowego nie doszło do omyłki pisarskiej w podanej przewidywanej ilości na okres 12 m-cy - tj. 390 ml? Czy Zamawiający wymaga, aby krwinki zostały zaoferowane w ilości niezbędnej do wykonania podanych badań z uwzględnieniem terminu ważności krwinek min. 4 tygodnie tj. min. 1 op / miesiąc, łącznie min. 260 ml na 12 m-cy?

- ***Zamawiający wymaga aby krwinki zostały zaoferowane w ilości 260 ml.***

#### **DOTYCZY SIWZ**

40. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?





SSZ ZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.  
Czy Zamawiający dopuści ewentualnie do podawania cen jednostkowych netto za opakowanie?

- **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z ceną jednostkową do trzech lub czterech miejsc po przecinku. W przypadku gdy nie ma możliwości zakupu jednej szt., ml. itp. w kolumnie nr 6 formularza asortymentowo cenowego należy wpisać wielkość opakowania natomiast w kolumnie nr 8 cenę jednostkową netto jednego opakowania.**

#### DOTYCZY WZORU UMOWY §2

41. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

- **Nie.**

#### DOTYCZY WZORU UMOWY §2 UST. 4

42. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu sformułowania „i wniesienia”?

- **Nie.**

#### DOTYCZY WZORU UMOWY §2 UST. 7

43. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego ustępu z projektu umowy?

- **Nie.**

#### DOTYCZY WZORU UMOWY §4 UST. 2

44. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od daty wystawienia faktury? *Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.*

- **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.**

#### DOTYCZY WZORU UMOWY §5 UST. 2A

45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości partii przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? *Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto*





SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

*liczenie kary umownej w wysokości 2% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.*

➤ **Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary umownej.**

#### **DOTYCZY PRZEDMIOTU UMOWY**

46. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w kolumnie 4: „Oferowany produkt (asortyment, jednostka miary)”, pod pojęciem „asortyment” ma na myśli nazwę oferowanego produktu? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie co należy podać w danej kolumnie.

➤ **Pod pojęciem „asortyment” Zamawiający ma namyśli nazwę produktu.**

47. Czy w kolumnie: „oferowana ilość opakowań”, w przypadku opakowań niepełnych, należy podać wielkość opakowań zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, czy należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnych opakowań w górę z odpowiednim przeliczeniem?

➤ **Należy zaokrąglić ilość opakowań w górę z odpowiednim przeliczeniem.**

#### **DOT. PAKIETU NR I POZ. 1 i 2**

48. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?

➤ **Tak.**

#### **DOT. PAKIETU NR I POZ. 4, 6 i 17**

49. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w próbówce), a nie nalepki naklejonej na próbkę, która zasłania część próbki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości? *W procesie wielu badań krwi: hematologicznych, biochemicznych i innych, istotna jest możliwość obserwowania całej próbki krwi znajdującej się w próbówce, w celu oceny jakości tej próbki. Próbka krwi w próbówce musi być jak najlepiej widoczna, bo tylko wtedy istnieje możliwość wykrycia niekorzystnych procesów w niej zachodzących np.: hemolizy czy powstania mikroskrzepów, które negatywnie mogą wpływać na wyniki badania lub wręcz uszkodzić przez zatkanie mikroskrzepami tor pomiarowy analizatora. Dlatego też biorąc pod uwagę wysokie koszty badań, reagentów oraz straty spowodowane przestojem analizatorów z powodu ich awarii, celowe jest posiadanie takich próbek, które pozwolą ocenić wizualnie czy próbka jest prawidłowa przed skierowaniem jej do badania. Możliwości tak pełnej oceny jakości próbki nie dają próbki z nalepkami, które nie tylko zasłaniają większą część próbki, ale również ograniczają możliwość swobodnej obserwacji jej zawartości. Możliwość lepszej obserwacji zawartości próbki umożliwiają natomiast próbki z nadrukiem.*

➤ **Zamawiający dopuszcza obydwa typy próbek, zarówno z polem do opisu w formie nadruku jak i nalepki.**

#### **DOT. PAKIETU NR I POZ. 7**

50. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z próbką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? *Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się próbki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.*

➤ **Tak.**







SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy  
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

**DOT. PAKIETU NR I POZ. 9**

51. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod pojęciem przezroczyste ma na myśli końcówki bezbarwne?

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR I POZ. 25**

52. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura o długości 15,5 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? Pragniemy nadmienić, iż różnica 0,5 cm w długości pipetki w żaden sposób nie wpływa na cechy użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR I POZ. 1 i 2**

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki z polipropylenu o standardowej przejrzystości dla tego tworzywa?

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR V POZ. 4**

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z polistyrenu, nie są nam bowiem znane probówki z polietylenu?

➤ **Zamawiający wymaga probówki z polipropylenu.**

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki bez podziałki?

➤ **Tak.**

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki o pojemności użytkowej 10 ml i całkowitej 11 ml (16 x 100 mm)?

➤ **Tak.**

57. Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

➤ **Nie.**

**DOT. PAKIETU NR V POZ. 7**

58. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do głębokiego mrożenia typu Cryovial z dnem soczewkowatym, z nóżkami, o pojemności 2 ml i wymiarach 12,5x49mm?

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek czystych molekularnie, o wymiarach 11x44 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

➤ **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**DOTYCZY SIWZ**

59. Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

➤ **Zamawiający przychylił się do wniosku: termin składania ofert do 26.11.2015 r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert 26.11.2015r. o godz. 13:00.**

**DOTYCZY SIWZ**

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert z 24.11.2015 do godz. 12 na 25.11.2015 do godz. 12.

➤ **Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert na: termin składania ofert do 26.11.2015r. do godz. 12:00, termin otwarcia ofert 26.11.2015r. o godz. 13:00.**

**DOTYCZY SIWZ PKT. 6.4.1. ORAZ 6.4.2.**

61. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków jeśli Zamawiający dołączy wymagane karty charakterystyk oraz ulotki informacyjne/metodyczne do oferty w formie papierowej zbindowane osobno, podpisane tylko na pierwszej stronie lub w wersji elektronicznej na płycie CD.





SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy  
tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

➤ **Tak.**

**DOTYCZY ZAŁ. NR 1 DO SIWZ - OFERTA**

62. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym- zapisów dotyczących tylko tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR VI, WYMÓG POD TABELĄ CENOWĄ NR 4**

63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczania do dostaw Certyfikatów Kontroli Jakości, gdy wszystkie świadectwa, certyfikaty kontroli jakości, metodyki, opisy, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych umieszczone są w Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do których Zamawiający ma całodobowo bezpłatny dostęp? Adres strony zostanie przedstawiony w ofercie.

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR VI, WYMÓG POD TABELĄ CENOWĄ NR 8**

64. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy na pewno wymaga dostarczenie pozytywnej opinii KORLD dla pasków do gradientowego odczytu MIC, skoro w pakiecie nie zostały wymienione przez Wykonawcę te testy?

➤ ***Zamawiający nie wymaga, zaszła pomyłka. Dla pasków MIC opracowano odrębny pakiet. Formularz asortymentowo cenowy w dla pakietu nr VI odpowiednio modyfikuje się.***

**DOT. PAKIETU NR VI**

65. Czy Zamawiający wyraża zgodę w poz.nr 28 na zaoferowanie odczynników pakowanych osobno ZYM A 2 amp. i ZYM B 2 amp. w ilości po 3 op. każdy?

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR VI**

66. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie programu do odczytu testów identyfikacyjnych w postaci dostępu do strony www?

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR VI**

67. Czy Zamawiający pisząc wierzchnie strona płytki ma na myśli część płytki związanej z podłożem?

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XX, POZ.3**

68. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny poz. 3 tj. woreczków do inkubacji, gdyż są one zawarte razem z generatorami atmosfery w poz. 5,6,7? Uzasadnienie: w ofercie Wykonawcy generatory występują w zestawach razem z woreczkami do inkubacji oraz klipsami.

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XX, POZ.7**

69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu konfekcjonowanego po 20 sztuk w opakowaniu, jeśli tak, to czy Zamawiający mógłby określić czy w kolumnie nr 7 „Oferowana ilość opakowań” Wykonawca ma wpisać 3 op. (licząc po pełnych opakowaniach) czy 2,5 op. (licząc po ilości sztuk przewidywanych do zakupu)? Uzasadnienie: Wykonawca w ofercie posiada produkt konfekcjonowany po 20 sztuk w opakowaniu, a sprzedaż produktu dokonywana jest wyłącznie po pełnych opakowaniach.

➤ **Tak.**

**DOTYCZY WZORU UMOWY §1 UST.4**

70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności i zmodyfikuje odpowiednio zapis: Pakiet nr 6 poz. 5 - min. 4 tygodnie od daty dostawy do Zamawiającego? Pakiet nr 6 poz. 32 - min. 3 tygodnie od daty dostawy do Zamawiającego?





SSZSOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

*Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.*

➤ **Tak.**

**DOTYCZY WZORU UMOWY §2 UST.6**

71. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

➤ **Nie.**

**DOTYCZY WZORU UMOWY §4 UST.2**

72. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

➤ **Nie.**

**DOTYCZY WZORU UMOWY §8 UST.2 PKT.A)**

73. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze

➤ **Nie.**

**DOTYCZY WZORU UMOWY**

74. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej poprzez wprowadzenie poniższego zapisu w §5 ust. 2a?

„w wysokości 2% wartości brutto produktów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki lub nie rozpatrzenia reklamacji w terminie, przy czym kwota ta, łącznie nie może być większa więcej niż 10% wartości danego zamówienia”.

➤ **Nie.**

75. W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie ..... dostaw miesięcznie, co daje liczbę ..... dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz”.

➤ **Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie niniejszego zapisu.**

**DOT. PAKIETU NR VII**

76. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 w pozycji 2,4,5 szczepów konfekcjonowanych po 25 sztuk?

➤ **Nie.**

**DOT. PAKIETU NR XIV**

77. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycji 2 testu konfekcjonowanego po 300 oznaczeń?

➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XXII**

78. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szkiełek 75x25x1mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

➤ **Nie.**

**DOT. PAKIETU NR V**





SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina  
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Teodora Dunina w Rudce

Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy

tel/fax (0-25) 7574343

centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 22000, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010

REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

79. Czy w pozycji 1 oraz 2 Zamawiający wymaga pojemników sterylizowanych radiacyjnie?  
➤ **Nie.**
80. Czy w poz 4 Zamawiający dopuści próbówki z Polistyrenu (PS – tworzywo o wysokiej przejrzystości)?  
➤ **Nie.**
81. Czy w poz 4 Zamawiający wymaga próbek ze znacznikami pojemności i kołnierzem ułatwiającym uchwyt?  
➤ **Nie.**
82. Czy do pozycji 6 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania? Dokument ten potwierdzi możliwość transportu standardowych mikroorganizmów w czasie do 3 dni.  
➤ **Tak.**
83. Czy w pozycji 6 Zamawiający wymaga wymazówek w próbówce 13x165mm, co zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?  
➤ **Tak.**
84. Czy w pozycji 6 Zamawiający wymaga wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie?  
➤ **Tak.**
85. Czy w poz 6 Zamawiających wymaga wymazówek klasy IIa?  
➤ **Nie.**
86. Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści próbówki o pojemności 1,5ml o wymiarze 10,3x45,5mm?  
➤ **Nie.**

**DOT. PAKIETU NR XXXVI**

87. Czy Zamawiający dopuszcza rozdział białek na 6 frakcji w czasie max 30 minut?  
➤ **Tak.**

**DOT. PAKIETU NR XLI**

88. Czy w poz 1 Zamawiający wymaga, aby każda próbówka zawierała min 25 granulek?  
➤ **Nie.**
89. Czy w poz 1 Zamawiający wymaga fiolek z nakrętkami w min 5 różnych kolorach?  
➤ **Tak.**
90. Czy Zamawiający wymaga, aby poz 1 i 2 były odporne do -100 st. C?  
➤ **Tak.**

**Zamawiający informuje, że:**

1. w pakiecie nr XXI dodaje się pozycję nr 2 „zestaw do oznaczenia alergenów z jadami owadów, w tym: jad pszczoły, jad osy, jad szerszenia” – przewidywana ilość 12 oznaczeń;
2. ze wzoru umowy usuwa się zapis §5 ust.7.

**Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku zapytań oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego uległ modyfikacji załącznik nr 2 do SIWZ – „formularz asortymentowo-cenowy”. Zmodyfikowany dokument dostępny jest na stronie: [www.bip.rudka.com.pl](http://www.bip.rudka.com.pl) w zakładce: Zamówienia publiczne.**

**Na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 26.11.2015r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:00.**

*Marianna Zambrzycka*

*Dyrektor SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce*

