

Nr kanc.: 1752

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i instalację sprzętu endoskopowego.**

Znak sprawy AE/MK/2710/5/16

W nawiązaniu do zapytań oferentów informuję:

Dotyczy: część nr 1 – zestaw do videobronchoskopii

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„dokonania bezpłatnej wymiany na nowy podzespół / istotny element, który pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady (...)” ?

- *Tak. §5 ust. 2b otrzymuje brzmienie: „dokonania bezpłatnej wymiany na nowy podzespół/ istotny element, który pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana ta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony podzespół/element gwarancji [odpowiednio dla części 1 min. 36-miesiący, dla części 2 min 24 miesiące].”*

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2a, 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

- *Tak.*

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z naliczania kar umownych gdy na czas przedłużającej się naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze?

- *Tak. §6 ust. 2b otrzymuje brzmienie „0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia wymiany lub usunięcia wad ponad terminy wynikające z umowy, w przypadku gdy na czas naprawy nie zostanie dostarczone urządzenie zastępcze”.*

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% do 5% ?

- *Tak.*

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

- *Zamawiający modyfikuje zapis §8 ust.1 na: „Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).”*

Pytanie 6

Pragniemy nadmienić, że zakres przedmiotowej dostawy zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 2 wymaga wykonania usługi integracji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację / ujęcie dla tej części zamówienia 23% stawki podatku VAT.

Wykonawca nie ma prawa zastosować preferencyjnej 8% stawki podatku VAT.

Powyższą kalkulację Wykonawca uwzględni w formularzu ofert.

- *Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30.05.2016 r. KIO 798/16 na Zamawiającym nie ciąży obowiązek wskazania konkretnej stawki VAT i nie stanowi naruszenia przepisów Pzp pozostawienie określenia właściwej stawki VAT Wykonawcy składającemu ofertę. W związku z powyższym Zamawiający w SIWZ nie określił stawki VAT. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę różnych stawek VAT Zamawiający wymaga wyodrębnienia ich w ofercie przetargowej.*

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ. Pkt. III. 12 otrzymuje brzmienie „Integracja z systemem szpitalnym (PACS) w zakresie wysyłania obrazów DICOM do archiwum oraz odbioru list roboczych (DICOM WorkList) generowanych przez PACS na podstawie komunikatów HL7 z systemu HIS”.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku zapytań oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego uległa modyfikacji SIWZ w tym: załącznik nr 2 i załącznik nr 7. Zmodyfikowane dokumenty dostępne są na stronie: www.bip.rudka.com.pl w zakładce: Zamówienia publiczne.

Marianna Zambrzycka

Dyrektor