

Znak sprawy: AE/2710/3/17/MK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Znak sprawy: AE/2710/3/17/MK

Zgodnie z art.38 ust.1 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

Dotyczy części 2 i części 3

Pytanie nr 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatów spełniających wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanych w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispensio. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęży konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy części 1 poz. 1 i 2

Pytanie nr 2

Jako wyłączny dystrybutor urządzeń firmy WASENBURG posiadamy wiedzę, że opisane preparaty THERMOPSET nie są dopuszczane przez producenta do stosowania w myjni Adapta Scope WD440. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści preparaty kompatybilne z opisanym urządzeniem, znajdujące się na liście dopuszczonych przez producenta myjni preparatów:

W poz. 1, Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy. Wartość pH: 10,7-10,8. Dozowanie: 5 ml/l. Opakowanie: 5 l

W poz. 2, Płynny koncentrat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działający w temp. 55oC w 5min. na bakterie (MRSA, Helicobacter Pyroli), grzyby, prątki, wirusy (Rota i Noro) i spory (Clostridium Difficile). Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie: 5 l

- *Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca zgodnie z SIWZ bezpłatnie podłączy zaproponowane płyny oraz skalibruje ww. myjnię- dezynfektor.*

Dotyczy części 1 poz. 1 i 2

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenie autoryzowanego serwisu myjni Wassenburg o możliwości stosowania preparatów w urządzeniu Adapta Scope WD440?

- *Tak*

Dariusz Młynarczyk

p.o. Dyrektora SSZZOZ Rudce