



Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.
Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343
centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951
PN-EN ISO 9001:2015

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010
REGON 000290512, NIP 8222368101

Rudka, dnia 18.06.2018 r.

Znak sprawy: SEO/2713/U/13/2018

Dotyczy: złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na usługę:

**polegającą na wykonywaniu przeglądów sprzętu i aparatury medycznej
wykorzystywanej w szpitalu.**

W nawiązaniu do zapytania informuję:

Zadanie numer 17 komora laminarna Aura Safe-Flow 1.2.

W nawiązaniu do treści postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu przeglądów sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanej w szpitalu Znak sprawy: SEO/2716/U/13/2018 proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania dotyczące Zadania numer 17 komora laminarna Avra Safe-Flow 1.2:

1.Z uwagi na fakt, że dostęp do menu serwisowego komory laminarnej firmy Bio Air Instruments, model Aura SAFeflow 1.2 jest zablokowany hasłem i wymaga użycia kodów serwisowych producenta koniecznych do przeprowadzenia kalibracji parametrów przepływu podczas wykonywania przeglądu komory, czy w takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby przegląd komory był wykonywany przez autoryzowany serwis producenta? Zagwarantuje to prawidłową kalibrację komory oraz wykonanie przeglądu, co zapewni bezpieczną pracę personelowi mającemu do czynienia z materiałem biologicznie aktywnym.

- *Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Usługi przewidziane w przedmiotowym postępowaniu, muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz wymogami producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień i kwalifikacji osób wykonujących zamówienie.*

Jolanta Morżkowska

Prezes Zarządu

Sprawę prowadzi:
Hanna Jagodzińska
tel. 25 757 43 43 wew. 147
e-mail: zamowienia@rudka.com.pl