



SSZOOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce
Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343
centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

Bank Spółdzielczy w Mrozach Nr 18 9227 0004 0000 2352 2000 0020
REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Rudka, dnia 20.11.2014r.

Znak sprawy: AE/MK/2710/7/14

Nr kanc.: ...1885....

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego w zakresie części nr 5 (pakiet nr V) – nr sprawy: AE/MK/2710/7/14.

Zawiadamiam, że w związku z otrzymaną informacją do Wykonawcy MEDAN, ul. ks. dr. A. Korczoka 32, 44-103 Gliwice, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert w części nr 5 (pakiet nr V) oraz powtórzy czynność wyboru oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie:

W dniu 13.11.2014 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. O dokonanych wyborze zawiadomił Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz podał informacje do wiadomości publicznej zgodnie z art. 92 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 19.11.2014r. firma Medan z Gliwic powołując się na art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformowała Zamawiającego o niezgodności oferty firmy POINTE SCIETIFIC POLSKA Sp. z o.o., ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie pakietu nr V, a mianowicie:

- zaoferowany przez POINTE SCIETIFIC POLSKA Sp. z o.o. w pakiecie nr V w pozycji nr 2 kalibrator do IgE zgodnie z załączoną instrukcją jest stabilny po otwarciu do 1 miesiąca, podczas gdy Zamawiający wymagał aby kalibrator był stabilny co najmniej 6 tygodni;
- zaoferowany przez POINTE SCIETIFIC POLSKA Sp. z o.o. w pakiecie nr V w pozycji nr 4 kalibrator do CRP zgodnie z załączoną instrukcją jest stabilny po otwarciu tylko przez 6 tygodni, podczas gdy Zamawiający wymagał aby kalibrator była stabilny przez 3 miesiące;
- w odpowiedziach na zapytania Zamawiający nie dopuścił zaoferowanych przez POINTE SCIETIFIC POLSKA Sp. z o.o. kalibratorów,
- firma POINTE SCIETIFIC POLSKA Sp. z o.o. nie wpisała w kol. 5 formularza asortymentowo-cenowego nazwy producenta dla pozycji: 3, 4, 5 i 6.

W związku z powyższym firma Medan z Gliwic wniosła o ponowne rozpatrzenie złożonych dla części nr 5 ofert oraz odrzucenie oferty firmy POINTE SCIETIFIC POLSKA Sp. z o.o. niniejszej części lub o ponowne przeprowadzenie postępowania.

Zamawiający uznając zasadność przekazanej informacji dokona ponownego badania i oceny ofert w części nr 5 (pakiet nr V) oraz powtórzy czynność wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do wiadomości:

1. Medan, ul. Ks. A. Korczaka 32, 44-103 Gliwice
2. POINTE SCIETIFIC POLSKA Sp. z o.o. ul. Rumiana 76, 02-956 Warszawa

DYREKTOR


mgr Marianna Zambrzycka