



SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce
Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343
centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

Bank Spółdzielczy w Mrozach Nr 18 9227 0004 0000 2352 2000 0020
REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Rudka, dnia 17.07.2013 r.

Nr sprawy: AG/SzT/2710//7/13

Nr kanc.: 1307/2013

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego
użytku i artykułów EKG - nr sprawy: AG/SzT/2710//7/13**

W nawiązaniu do zapytań oferentów informujemy:

Zapytanie do pakietu 1

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z zadania pozycji nr 1 i stworzy oddzielny pakiet na rękawice chirurgiczne. Pozytywne przychylenie się do prośby pozwoli zaoferować atrakcyjne ceny na wyodrębniony pakiet co zmniejszy obciążenie budżetu zamawiającego.

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Formularz asortymentowo-cenowy, część I, poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i utworzenie odrębnej części dla rękawic sterylnych.

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Formularz asortymentowo-cenowy, część I, poz. 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice posiadały badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM 1671.

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Formularz asortymentowo-cenowy, część I, poz. 3 i 4

Prosimy o wyjaśnienie czy wystarczającym będzie przedstawienie badań zgodnie z normą EN 455 1-2-3 na załączonych do oferty materiałach informacyjnych.

➤ *Wymagania wg SIWZ – badania potwierdzone wymaganą dokumentacją.*



Pytanie do przedmiotu umowy

Część 1

Poz. 4 – Czy należy zaoferować rękawice nitrylowe pudrowane czy bezpudrowe?

Poz. 2-4 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu rękawic jako wyrobu należącego do klasy I niesterylnej?

➤ *Poz. 4 – zamawiający wymaga rękawic pudrowanych.*

➤ *Poz. 2-4 – zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytania do wzoru umowy

§2, pkt.1:

Czy Zamawiający wymaga dostaw w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli w roboczych, to czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątki, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

➤ *Zamawiający wymaga dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku.*

§2, pkt.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części asortymentu nie więcej jednak niż 20% w stosunku do wartości wskazanej umową”?

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

§9, pkt.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i nadanie następującego brzmienia:

„Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części dostawy brutto za każdy dzień zwłoki.”

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

§9, pkt.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i nadanie w §9, pkt.3 następującego brzmienia:

„Wykonawca z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia rocznego”?

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Zadanie 1, poz. 1

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu poz. 1 i utworzenie odrębnego pakietu dla tej pozycji 1A? Jednocześnie informujemy, że powyższa zmiana

przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności wśród oferentów.

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych bezpudrowych?

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Zadanie 1, poz. 2

1. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych o zawartości protein poniżej 102 µg/g?

➤ *Tak*

2. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671?

➤ *Tak*

3. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374?

➤ *Tak*

Zadanie 1, poz. 4

1. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych przebadanych na przenikanie substancji chemicznych oraz cytostatyków zgodnie z normą EN 374?

➤ *Tak*

2. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. II?

➤ *Tak*

3. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych mikroteksturowanych na końcach palców, co zwiększa precyzję w wykonywaniu procedur medycznych?

➤ *Tak*

Pytanie do SIWZ, pkt. 6, ppkt. 6.2. a

1. Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty Deklaracji Zgodności (dokument wymagany dla rękawic diagnostycznych niesterylnych)?

➤ *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w części nr 1, pozycji nr 3 odstąpi od wymogu aby rękawice winylowe bezpudrowe były przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, reszta parametrów bez zmian?

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy w części nr 1, pozycji nr 4 dopuści rękawice nitrylowe posiadające poziom AQL 1,0 podany na opakowaniu, reszta parametrów bez zmian?

➤ *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie do SIWZ, pkt. 6, ppkt. 6.2. a

1. Prosimy o potwierdzenie, iż certyfikat CE dotyczy wyrobów sterylnych, klasa II?

➤ *Tak, w poz. 1 części 1*

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o **wyjaśnienie** dotyczące treści SIWZ :

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Część nr 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zamkniętych worków stomijnych Dansac NovaLife 1?

Szczegółowy opis produktu wraz z rozpiętością rozmiarową znajduje się na załączonej ulotce, natomiast system NovaLife posiada następujące funkcje i zalety:

- a) kolorowa wypustka umieszczona na płytce powoduje, że płytkę można łatwo i bezpiecznie odkleić,
- b) nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, która redukuje odkształcanie i zapewnia dyskrecję,
- c) otwór znajdujący się w górnej części płytki sprawia, że worek układa się niżej na brzuchu i jest łatwiejszy do ukrycia,
- d) owalny kształt powoduje, że płytka dopasowuje się do naturalnych zaokrągłości ciała, łatwo jest ją dociąć i przykleić tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne,
- e) przyjazna dla skóry hydrokoloidowa płytka na bazie naturalnych składników jest przyjazna dla skóry,
- f) wyprofilowana płytka, na brzegach cieńsza niż w środku, zapewnia elastyczne dopasowanie do ciała i bezpieczne przyleganie,
- g) elastyczny pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała,
- h) wysoce wydajny filtr Novalife to ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami oraz ryzykiem tworzenia się balonu przez cały dzień. Może być używany w warunkach dużej wilgotności bez powłoki zabezpieczającej,
- i) funkcjonalny, ergonomiczny kształt worka został ulepszony o miękką, wygodną i wodoodporną fizelinę.

➤ *Zamawiający wyraża zgodę.*

Dotyczy części nr 3:

Bardzo proszę o odpowiedź czy w przetargu na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i artykułów EKG w części 3 wymagają Państwo worków kolostomijnych czy ileostomijnych?

➤ *Zamawiający wymaga worków kolostomijnych.*

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku zapytań oraz zmian wprowadzonych przez zamawiającego uległa modyfikacji SIWZ w tym: nr 5 – „wzór umowy”. Zmodyfikowany dokument dostępny jest na stronie: www.bip.rudka.com.pl w zakładce: Zamówienia publiczne.

DYREKTOR

mgr Marianna Zambzycka

