

Znak sprawy: AG/SzT/2710/1/16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i artykułów EKG.

Znak sprawy: AG/SzT/2710/1/16

Zgodnie z art.38 ust.1 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

Dotyczy części 14

Pytanie nr 1

Zamawiający dopuści worek stomijny 10-70 zapinany na klamerkę lub zapinany na rzep ale w rozmiarze 15-60mm ?

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy części 3 poz. 1-4

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą przezroczysty matowy tłok oraz niebieską czytelną, niezmywalną skalę idealnie kontrastującą? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy części 3 poz. 5

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę posiadającą pojedynczą skalę pomiarową, długość całkowita 162mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy części 7 poz. 2

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny z mankietem poliestrowym?

- *Zamawiający nie dopuszcza.*



SSZ ZOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce
Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343
centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010
REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Dotyczy części 7 poz. 6

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający ma na myśli 100 szt. odcinków 60cm x 50cm, czy 100 sztuk rolek? Jeśli rolek, prosimy o informację, czy ma na myśli rolki 50-cio metrowe?

- *Zamawiający ma na myśli 100 szt. rolek w rozmiarze 60cm/50cm i długości 50m.*

Dotyczy części 7 poz. 11

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml?

- *Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*

Dotyczy części 9 poz. 5 i 6

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych, czy zamienników?

- *Zamawiający wymaga papierów oryginalnych.*

Dotyczy części 9 poz. 10

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści kopertki o wymiarach 37x45?

- *Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*

Dotyczy SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający określając termin dostaw, ma na myśli dni robocze?

- *Zamawiający ma na myśli dni robocze.*

Dotyczy części 9 poz. 7

Pytanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 40 x 36 mm kwadratowej o zaokrąglonych bokach z języczkiem ułatwiającym aplikację.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*



Dotyczy części 9 poz. 7

Pytanie nr 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 44 x 30 mm.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy części 9 poz. 5

Pytanie nr 12

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o długości 20 m, ponieważ ww. papier od 2009 r. produkowany jest o dł. 20 m.?

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy części 6 poz. 1

Pytanie nr 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o poziomie protein ≤ 70 ug/g. Pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 2

Pytanie nr 14

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych diagnostycznych niejałowych, lekko pudrowanych o poziomie protein ≤ 100 ug/g oraz grubości palca min. 0,11 mm. Pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- *Zamawiający dopuszcza grubość palca 0,11mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 3

Pytanie nr 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości palca 0,06-0,08 mm, o grubości mankietu min. 0,06 mm oraz o poziomie AQL = 1,5. Pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 3

Pytanie nr 16

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu rękawic znajdowała się fabrycznie umieszczona

informacja o braku ftalanów oraz o dopuszczenie możliwości potwierdzenia braku ftalanów DEHP/ DOP oświadczeniem producenta.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 4

Pytanie nr 17

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o poziomie AQL = 1,5. Pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 1,2,3,4

Pytanie nr 18

Prosimy o dopuszczenie na potwierdzenia zgodności z normą EN 455 1-2-3 deklaracji zgodności producenta zamiast badań producenta.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy projektu umowy - par. 9 ust.2

Pytanie nr 19

Prosimy o zmianę kary umownej ma 2% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki. Kara w obecnej wysokości jest w naszej ocenie za wysoka. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy projektu umowy - par. 8 ust.2

Pytanie nr 20

Prosimy o zmianę terminu na wymianę reklamowanego towaru na maks. 5 dni rob.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy Część 1 poz.11

Pytanie nr 21

Proszę o doprecyzowanie czy przedłużacz do pompy perylstatycznej ma być z wkładką silikonową czy bez. Jakiej mają być jego parametry?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Części 19

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach. Teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, w kolorze zależnym od rodzaju, długość narzędzia 1200mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec, sterylizowane tlenkiem etylenu.

- *Zamawiający nie wyraża zgody*

Dotyczy Części 10 poz. nr. 1

Pytanie nr 23

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż;

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i 4., ustawy Prawo zamówień publicznych, które w swej części między innymi zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, co w tym przypadku Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedyceńskich przez niezależne jednostki notyfikowane,
- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent, co skutkuje zawyżoną wartością zadania.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy Części 10 poz. nr. 2

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w tem. 160°C/120min., 170°C/60min. oraz 180°C/35min. – testy paskowe, kl.4?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy Części 10 poz. nr. 3

Pytanie nr 25

Upzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych zawierających spory bakteryjne *Bacillus stearothermophilus* 10^5 . Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji.

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy Części 10 poz. nr. 5

Pytanie nr 26

Upzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów Bowie Dick w postaci gotowych pakietów, czy paskowych testów Bowie Dick do stosowania z przyrządem PCD, który Wykonawca dostarczy wraz z testami.

- *Zamawiający testów w postaci gotowych pakietów.*

Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 2

Pytanie nr 27

Upzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej przewidzianej we wskazanym ustępie do: „...1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia.”

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy Część 5 poz. 3

Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 poz. 3 jednorazowego wkładu biologicznie czystego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy §8 ust. 2 wzoru umowy

Pytanie nr 29

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

- *Zamawiający nie wyraża zgody*

Dotyczy §9 ust. 2 wzoru umowy

Pytanie nr 30

Paragraf 9 ust. 2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto dostawy. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.

- *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.*

Dotyczy części nr 6 poz. 2

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe diagnostyczne lekko pudrowane o grubości palca min.0,11mm dla rozmiaru S, o wysokich siłach zrywania min. 8,6N przed starzeniem, z poziomem protein <60 µg/g, co potwierdzi raport z badań producenta nie starszy niż z 2015r?

- *Zamawiający dopuszcza grubość palca 0,11mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części nr 6 poz. 3

Pytanie 32

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o długości całkowitej min. 245mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

- *Zamawiający oczekuje rękawic o długości całkowitej min. 245mm.*

Dotyczy części nr 6 poz. 4

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający oczekuje rękawic o grubości minimalnej na palcach min. 0,10mm, na dłoniach min. 0,06mm, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. 3, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części nr 5

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia. System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów oraz dodatkowy szeroki port do pobierania próbek. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy części nr 6 poz. 2-4

Pytanie nr 35

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla rękawic diagnostycznych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych.

- *Zamawiający nie wyraża zgody*

Dotyczy części nr 6 poz. 2

Pytanie nr 36

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o grubości w strefie palca min. 0.11 mm, poziom protein max 77 µg/g, reszta parametrów bez zmian.

- *Zamawiający dopuszcza grubość palca 0,11mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części nr 6 poz.3

Pytanie nr 37

1. Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o grubości w strefie: palca 0.06 mm, dłoni 0.06-0.07 mm, mankietu 0.06 mm.
2. Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o poziomie AQL ≤ 1.5.
3. Prosimy o dopuszczenie badań producenta nie starszych niż z 2013 roku.
4. Prosimy o odstąpienie od wymogu oznakowania fabrycznego informacji na opakowaniu „rękawice bez ftalanów”, z uwagi na brak wymogu oznakowania na opakowaniu w polskich przepisach.

5. Prosimy o dopuszczenie rękawiczek oznakowanych jako wyrób medyczny kat. I i środek ochrony indywidualnej kat. I.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części nr 6 poz. 4

Pytanie nr 38

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek o poziomie AQL ≤ 1.5 , reszta parametrów bez zmian.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części nr 17 poz. 1

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować ustnik do gastrokopii/bronchoskopii, wielorazowego użytku autoklawoalny bez paska mocującego?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy części nr 18 poz. 1

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestaw szczotek do czyszczenia endoskopów elastycznych, wielorazowego użytku, szczotka długa do kanału roboczego o średnicy szczotki 6mm (takie które do tej pory były używane przez Zamawiającego), wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy część 19 pozycja 1

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, kleszczyki niepowlekane na całej długości bezpieczne dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1200mm, o średnicy narzędzia 1,8mm do kanału roboczego 2,0mm, sterylne i oddzielnie zapakowane?

- *Zgodnie z SIWZ*



SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce
Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343
centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010
REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Dotyczy SIWZ Punkt 6 – część 6.4.1 oraz 6.4.2

Pytanie nr 42

Czy ze względu na ilość oraz różnorodność asortymentu Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce dokumentów dopuszczających oraz materiałów informacyjnych/katalogów Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentów wraz ze zobowiązaniem do ich niezwłocznego przesłania na każde żądanie Zamawiającego.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 10 oraz projektu umowy § 8 ust. 2

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę reklamowanego towaru w terminie do 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2, 3, 5

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 45

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

- *Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja. W chwili obecnej Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.*

Dotyczy część 1 pozycja 1-7

Pytanie nr 46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach igły jednorazowego użytku z nasadką oraz opakowanie zbiorcze a 100 szt. barwione oznaczone zgodnie z kodem kolorów. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 1 pozycja 8

Pytanie nr 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu do przetaczania płynów typu IS z długą, elastyczną komorą kropłową długości 60mm, nie zawierającego ftalanów z igłą ściętą stożkowo. Brak ftalanów potwierdzony na opakowaniu jednostkowym oraz oświadczeniem producenta. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy część 1 pozycja 9

Pytanie nr 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie informacji o brak ftalanów w przyrządzie do przetaczania krwi potwierdzoną na opakowaniu jednostkowym oraz oświadczeniem producenta. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy część 1 pozycja 10

Pytanie nr 49

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji przedłużacza do pomp ze średnicą wewnętrzną 1,2 mm pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy część 1 pozycja 11a

Pytanie nr 50

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy część 1 pozycja 13

Pytanie nr 51

Prosimy o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z niezmywalną skalą co 0,01 ml z dołączoną igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 1 pozycja 13

Pytanie nr 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki cewnikowej Żaneta z pojedynczą skalą pomiarową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 1 pozycja 13

Pytanie nr 53

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspirowania leków i płynów z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,01 um bez zastawki.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 2 pozycja 1

Pytanie nr 54

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych poliuretanowa, z dodatkowym portem z 4 paskami kontrastującymi pod RTG z samozamykającym się zaworem portu typu „CLIK” z zastawką antyzwrotną pełniącą rolę filtra hydrofobowego z koreczkiem powyżej własnej krawędzi w rozmiarach 22 G 0,8 x 25 33 ml/min, 20 G 1,0 x 32 – 57ml/min, 18 G 1,2 x 45 - 90 ml/min.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 2 pozycja 1

Pytanie nr 55

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji kaniuli wykonanej z podwójnie czyszczonego teflonu PTFE. W rozmiarach 22 G 0,9 x 25 mm przepływ 36 ml/min, 20 G 1,1 x 33 mm przepływ 61 ml/min 18 G 1,3 x 45 – przepływ 90 ml/ min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 3 pozycja 5

Pytanie nr 56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki 50/60 ml do pomp białej o długości całkowitej 150 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 4 pozycja 1

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-15ml, z plastikową zastawką do napełniania balonu, pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 4 pozycja 1

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-10ml, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy część 4 pozycja 3

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik posiadał powierzchnię zmrożoną ?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy część 4 pozycja 5

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający wieszaków do worków na mocz sklasyfikowanych jako wyrób medyczny ?

- *Zamawiający wymaga wieszaków do worków na mocz sklasyfikowanych jako wyrób medyczny.*

Dotyczy Cześć nr 6 poz. 1

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych bezpudrowych?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Cześć nr 6 poz. 1

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych pakowanych podwójnie: wewnętrzne papierowe zewnętrzne foliowany papier; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Dotyczy Część nr 6 poz. 1

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie protein poniżej 22µg/dm²?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy Część nr 6 poz.2

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic lateksowych bezpudrowych?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Część nr 6 poz. 2

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej kat. III?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Część nr 6 poz. 3

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic winylowych o grubości na palcu oraz dłoni 0,07mm (±0,03mm), mankiece 0,06mm (±0,03mm), zgodne z normą EN 455, AQL =1,5, środek ochrony indywidualnej kat. I ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Część nr 6 poz. 3

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz wolnych od ftalanów?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy Część nr 6 poz. 3

Pytanie nr 68

W sytuacji nie odstąpienia jak w pyt. poprzednim prosimy o wydzielenie poz. 3 w celu umożliwienia konkurencyjnej oferty dla przedmiotowego pakietu?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy Część nr 6 poz. 4

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a'200szt (XS-L) oraz a'180szt (XL) z wyceną za 75 opakowań?

- *Wykonawca powinien sam przeliczyć wymaganą ilość szt. przez Zamawiającego na opakowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 5.*

Dotyczy Część nr 6 poz. 4

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL = 1,5?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Część nr 7 poz. 5

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny 25g/m², o składzie: poszwa 160x210cm, poszewka 80x70cm oraz prześcieradło 150x210cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

- *Zamawiając dopuszcza ale nie wymaga.*

Dotyczy Część nr 7 poz. 6

Pytanie nr 72

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje prześcieradła na rolce, o wymiarach jednego odcinka 60cm x 50cm, w ilości 100 odcinków ? W przypadku twierdzącej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie pokrowca papierowego w rolce o szerokości 60cm, długości odcinka 50cm oraz długości rolki 80m (160 odcinków), w ilości 1 rolki

- *Zamawiający ma na myśli 100 szt. rolek w rozmiarze 60cm/50cm i długości 50m. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*

Dotyczy Część nr 9 poz. 4

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Mortara ELI-150 w bloku o wymiarach 108mm x 140mm x 200 kartek ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Część nr 13 poz. 4

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania g.d.o. z konektorem nieprzezroczystym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy Część nr 17

Pytanie nr 75

Bardzo proszę o wyjaśnienie czy w formularzu asortymentowo cenowym w części 17 (akcesoria do videobronchoskopu pentax EB 1970 K) jaka jest ilość ustników czy jest to 5 sztuk czy 5 opakowań?

- *Zamawiający wymaga 5 szt.*

Dotyczy Część nr 6 poz.1

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych w kopertę zewnętrzną papier/papier - wewnątrz jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa (koperta taka zapewnia zachowanie sterylności produktu do momentu otwarcia i spełnia wymogi prawne odnośnie opakowań wyrobów jałowych). Pozostałe parametry bez zmian.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Część nr 6 poz.3

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości nieznacznie różniącej się od wymaganej: na palcu min. 0.10mm, na mankiecie 0.06mm, AQL 1.5 (spełniający wymagania normy EN 455). Pozostałe parametry bez zmian.

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Cześć nr 6 poz.4

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

- *Tak.*

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie nr 79

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 8 ust. 2 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie nr 80

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 9 ust. 2. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy rozdz. 3 pkt. 3.1 SIWZ, rozdz. 17 (Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny ofert) pkt. 17.5 SIWZ, Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ pkt.2, Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagany termin realizacji dostaw liczony był w dniach roboczych zgodnie z zapisami rozdz. 17 pkt. 17.5 SIWZ (Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny ofert-Kryterium czasu dostaw)? Jednocześnie, celem ujednoczenia zapisów SIWZ zwracamy się z prośbą o stosowną modyfikację Formularza oferty w zakresie pkt. 2.

- *Zamawiający wyraża zgodę aby termin realizacji dostaw liczony był w dniach roboczych. Dokonuje się modyfikacji druku oferty. Zmodyfikowany druk stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.*

Dotyczy: §8 ust. 2 Wzoru umowy – Załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 10 Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dopuści, aby termin wymiany reklamowanego towaru wynosił 5 dni roboczych i tym samym uwzględniał niezbędny czas na rozpatrzenie przez wykonawcę zasadności reklamacji?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*



SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina
w Rudce

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina w Rudce
Aleja Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy
tel/fax (0-25) 7574343
centrala (0-25) 7574042; 7574170; 7574951

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie NR 95 9224 0007 0006 1418 2000 0010
REGON 000290512, NIP 822-18-40-091

Dotyczy: §9 ust. 2 Wzoru umowy – Załącznika nr 6 do SIWZ

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy.”?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Marianna Zambrzycka

Dyrektor

