

Znak sprawy: DAG/SzT/2710/5/18

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i artykułów EKG.**

**Znak sprawy: DAG/SzT/2710/5/18**

Zgodnie z art.38 ust.1 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

**Dotyczy części 6 poz.5**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznaczej mniejszej grubości w części palca min. 0,10mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy SIWZ**

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

- *Tak, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej.*

**Dotyczy części 16**

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczoteczek o średnicy narzędzia 1,75 mm?

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 16**

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczoteczek z plastikową dystalną końcówką w kształcie oliwki szczelnie zamykającą przewód?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 20**

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec z niebieską teflonowa osłonka, długość narzędzia 1200 mm, sterylizowane tlenkiem etylenu.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 22**

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego **w części nr 22 w pozycjach 1, 6 i 7**? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tych pozycjach?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy części 6 poz. 1**

Pytanie nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniu: papier/papier - wewnątrz jednostronnie foliowane - gwarantującym sterylność produktu i niezmienność parametrów technicznych oraz zgodnym z przepisami regulującymi zasady opakowaniowe wyrobów medycznych? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 6 poz. 2**

Pytanie nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii I. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 6 poz. 3**

Pytanie nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubościach na palcu 0,10 mm. Różnica tak minimalna nie wpływa na komfort bezpieczeństwa pracy ich użytkownika, ponadto jest niewidoczna gołym okiem. Jednocześnie prosimy i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1.5. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 6 poz. 4**

Pytanie nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 6 poz. 5**

Pytanie nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S, M, L, XL. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 10 poz. 2**

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w tem. 160°C/120min., 170°C/60min. oraz 180°C/35min. – testy paskowe, kl.4?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 10 poz. 3**

Pytanie nr 13

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych zawierających spory bakteryjne Bacillus stearothermophilus 10<sup>5</sup>. Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji.

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy wzoru umowy § 9, ust.2**

Pytanie nr 14

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej przewidzianej we wskazanym ustępie do: „...1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia.”

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy części 1 poz. 9**

Pytanie nr 15

*Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?*

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 1 poz. 9,10**

Pytanie nr 16

*Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów oraz przyrządy TS z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.*

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 1 poz. 9**

Pytanie nr 17

*Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym?*

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

### **Dotyczy części 1 poz. 9,10**

Pytanie nr 18

*Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.*

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 1 poz. 10**

Pytanie nr 19

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 1 poz. 16**

Pytanie nr 20

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml, skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 1 poz. 9, 10, 16**

Pytanie nr 21

Prosimy o wydzielenie poz.9,10,16 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy części 2 poz. 2**

Pytanie nr 22

Prosimy o wydzielenie poz.2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy części 2 poz. 2**

Pytanie nr 23

Czy zamawiający wymaga koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 2 poz. 2**

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 3 poz. 5**

Pytanie nr 25

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml, o długości całkowitej 160 mm +-1cm?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 3 poz. 5**

Pytanie nr 26

Prosimy o wydzielenie poz.5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 4 poz. 4,5**

Pytanie nr 27

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji nr 4 -5 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 4A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

#### **Dotyczy części 4 poz. 4**

Pytanie nr 28

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 7 poz. 4**

Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuści maski wiązane na troki, trójwarstwowe, wysokobarierowe?

- *Zamawiający dopuszcza.*

**Dotyczy części 7 poz. 4**

Pytanie nr 30

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 7 poz. 1**

Pytanie nr 31

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 7 poz. 5**

Pytanie nr 32

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>?

- *Zamawiający dopuszcza.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 33

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

- *Nie.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 34

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

- *Nie.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 35

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

- *Nie.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 36

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwi łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

- *Nie.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 37

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

- *Tak.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 38

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcyonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

- *Nie.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 39

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

- *Nie.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 40

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

- *Nie.*



### **Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 41

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

- *Tak.*

### **Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 42

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

- *Nie.*

### **Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 43

Czy zamawiający wymaga/dopuszcza rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

- *Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*

### **Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie nr 44

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

- *Nie.*

### **Dotyczy części 7 poz.8**

Pytanie nr 45

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 7 poz.11**

Pytanie nr 46

Prosimy o dopuszczenie czepka typu beret pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 7 poz.11**

Pytanie nr 47

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 7 poz.1,4-5,7-8,11**

Pytanie nr 48

Prosimy o wydzielenie poz. 1,4-5,7-8,11 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy części 7 poz.10**

Pytanie nr 49

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210 cm x 130 cm wykonane z włókniny?

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

### **Dotyczy części 21 poz.4**

Pytanie nr 50

Czy zamawiający dopuści kieliszki o pojemności max. 30 ml, z małą skalą co 1 ml, duża skala co 5 ml, wykonane z przezroczystego plastiku, pakowane po 75 szt.?

- *Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.*

### **Dotyczy wzoru umowy § 4, ust.5**

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:

„Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy wzoru umowy § 8, ust.2**

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany towaru wynosił 5 dni roboczych?

Wykonawca musi mieć czas nie tylko na wymianę towaru, ale także na rozpatrzenie zasadności reklamacji.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy wzoru umowy § 9, ust.2**

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający wrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do poziomu 2% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy części 10 poz.5**

Pytanie nr 54

Ponieważ pakiety kontrolne Bowie&Dick są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu sterylizacji, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-4, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniająca określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną?

- *Tak.*

### **Dotyczy części 1 poz.1-7**

Pytanie nr 55

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł, jednorazowego użytku w opakowaniu typu kartonik 100 szt. oznaczonego zgodnie z kodem kolorów ISO 6009. Opakowanie jednostkowe to folia- papier, dlatego też jest możliwość odróżnienia rozmiaru igieł poprzez kolor nasadki, która jest barwiona zgodnie z wymaganym kodem.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 1 poz.9**

Pytanie nr 56

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przezroczysta 55mm), igła biorcza dwukanałowa. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 1 poz.10**

Pytanie nr 57

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 1 poz.9 i 10**

Pytanie nr 58

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców , a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 1 poz.11**

Pytanie nr 59

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji przedłużacza o średnicy 1,2 mm.

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 1 poz.12-13**

Pytanie nr 60

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców , a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie..

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 1 poz.15**

Pytanie nr 61

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki tuberkulinowej z dołączoną igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm i skala 0,01 ml.

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 1 poz.17**

Pytanie nr 62

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do aspiracji leków i płynów bez zastawki.

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 2 poz.1**

Pytanie nr 63

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wkłuć dożylnych z zastawka antyzwrotna pełniącą rolę filtra hydrofobowego z koreczkiem powyżej krawędzi. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. W rozmiarach 22 G 0,8 x 25 mm przepływ 33 ml, 20 G 1,0 X 32 mm przepływ 57 ML, 18 G 1,2 X 45 przepływ 90 ML

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 2 poz.2**

Pytanie nr 64

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 2**

Pytanie nr 65

Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla korków i kaniul bezpiecznych. Każdy sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 594-1, zapewnia szczelność połączeń bez względu na jego producenta, w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, natomiast bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, przez co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 3 poz.1-4**

Pytanie nr 66

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze zwężonym tłokiem w części chwytnej, wystającej poza cylinder zamkniętej strzykawki – zwężenie na długości ok 25% końcówki tłoka.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 3 poz.5**

Pytanie nr 67

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki 50/60 ml o długości całkowitej 150mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 9 oraz projektu umowy § 8 ust. 2**

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę reklamowanego towaru w terminie do 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy umowy § 9 ust. 2, 3 oraz 5**

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 70

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?

- *Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.*

#### **Dotyczy części 18**

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestaw szczotek do czyszczenia endoskopów elastycznych, wielorazowego użytku, szczotka długa do kanału roboczego o długości 150cm i średnicy szczotki 6mm (dedykowane do aparatów Pentax); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 20**

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, kleszczyki powlekane na całej długości bezpieczne dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1200mm, o średnicy narzędzia 1,8mm do kanału roboczego 2,0mm, sterylne i oddzielnie zapakowane?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 4 poz.1**

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu (EO), z balonem o pojemności 5-10ml?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 4 poz.1**

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 4 poz.3**

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelatona o powierzchni standardowej, przezroczysty?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 6 poz.1**

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 89µg/g, o długości minimum 280mm, opakowanie papier foliowany?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 6 poz.2**

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 83µg/g, o grubości na palcu 0,1mm (±0,01)?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 6 poz.3**

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,07mm, na mankiecie 0,05mm, poziomie AQL 1,5, będące wyrobem medycznym klasy I i środkiem ochrony indywidualnej kategorii I?

Winył jako materiał do produkcji rękawic jest wyjątkowo mało wytrzymałym materiałem i ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne nie zalecanym do pracy w środowisku mokrym i w procedurach wysokiego ryzyka. Zapisy o kategorii III oraz podwyższonym AQL mogą wprowadzić użytkownika w błąd i dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ środek ochrony osobistej kategorii III powinien nieść za sobą ochronę w procedurach wysokiego ryzyka.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 6 poz.5**

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający dopuści o grubości na dłoni 0,12mm (±0,01), na mankiecie 0,1mm (±0,01)?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 7 poz.2**

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej na całej powierzchni o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze L, z mankietem poliestrowym?

- *Tak.*

### **Dotyczy części 7 poz.2**

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

- *Tak.*

**Dotyczy części 7 poz.2**

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylony?

- *Tak.*

**Dotyczy części 7 poz.2**

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rzepem przy szyi oraz trokiem w pasie?

- *Tak.*

**Dotyczy części 7 poz.5**

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

- *Tak.*

**Dotyczy części 7 poz.6**

Pytanie 85

Czy Zamawiający dopuści koszule o długości 92cm?

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie 86

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy o długości 80m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

- *Zgodnie z SIWZ.*

**Dotyczy części 7 poz.7**

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

- *Zgodnie z SIWZ.*



#### **Dotyczy części 9 poz.4**

Pytanie 88

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Mortara ELI-150 w bloku o wymiarach 108mm x 140mm x 200 kartek?

- *Tak.*

#### **Dotyczy części 9 poz.7**

Pytanie 89

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 55mm x 41mm?

- *Tak.*

#### **Dotyczy części 9 poz.11**

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści gruszki do elektrod EKG dostępne tylko w kolorze granatowym?

- *Nie.*

#### **Dotyczy części 13 poz.6**

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania g.d.o. z konektorem nieprzezroczystym?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 21 poz.4**

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml?

- *Tak.*

#### **Dotyczy części 5 poz.3**

Pytanie 93

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 poz. 3 jednorazowego wkładu biologicznie czystego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ lub wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy § 8 ust. 2 wzoru umowy**

Pytanie 94

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do



wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

#### **Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy**

Pytanie 95

Paragraf 9 ust. 2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto dostawy. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

#### **Dotyczy § 9 ust. 5 wzoru umowy**

Pytanie 96

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości całego zamówienia w przypadku nie zastosowania się wykonawcy do w § 2 pkt. 3 .

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ww. kary do 10% oraz aby naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

- *Zgodnie nie wyraża zgody.*

#### **Dotyczy SIWZ**

Pytanie 97

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

- *Odpowiedź jak w pyt. Nr2*

#### **Dotyczy części 10 poz.1**

Pytanie 98

Czy ze względu na fakt, iż testy nie są wyrobem medycznym, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wyżej wymaganego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność z norma potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 10 poz.2**

Pytanie 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie odrębnego zadania? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

#### **Dotyczy części 10 poz.4**

Pytanie 100

Czy Zamawiający ma na myśli testy - Sporal S?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 10 poz.5**

Pytanie 101

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

- *Zgodnie z SIWZ.*

#### **Dotyczy części 10 poz.7-10**

Pytanie 102

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy umowy**

Pytanie 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 9 ust. 2 do wysokości 0,2% wartości towaru niedostarczonego w terminie? Kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wysoka i rzadko spotykana w obrocie gospodarczym.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

### **Dotyczy części 20 poz.1**

Pytanie 104

Prosimy o dopuszczenie szczypiec biopsyjnych z osłonką z tworzywa, bezpieczną dla kanałów endoskopów, długość narzędzia 1200mm, śr. 1,8mm, minimalna śr. kanału 2,0mm, sterylne, oddzielnie pakowane, sterylizowane EO, op.=10szt. Zawierające dodatkowo sterylny przyrząd do zdejmowania pobranych próbek z kleszczy do badań, zapakowany łącznie w oryginalne opakowanie z kleszczami. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 20 poz.1**

Pytanie 105

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga szczypiec z igłą, czy bez igły?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 7 poz.5**

Pytanie 106

Czy zamawiający dopuści komplet jednorazowej pościeli z miękkiej, polipropylenowej włókniny o gramaturze min 20 g. Komplet składa się z : poszwy ( wym. 150x210 cm (+/- 10 cm) poszewki wym. 80x70 cm (+/- 10 cm) wym. prześcieradła 150x200 cm (+/- 10 cm)?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 7 poz.6**

Pytanie 107

Czy zamawiający dopuści włókninową niebieską koszulę dla pacjenta, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

### **Dotyczy części 10 poz.1-4**

Pytanie 108

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności testów z normami PN-EN 866 i PN-EN 867 ponieważ te normy zostały wycofane i zastąpione odpowiednio przez normy PN-EN ISO 11138 i PN-EN ISO 11140, na które również powołuje się Zamawiający.

- *Zamawiający wyraża zgodę.*

**Dotyczy części 10 poz.2**

Pytanie 109

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i rurki do kontroli skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem mają być klasy/typu 6 zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej normy PN-EN ISO 11140-1.

- *Zamawiający potwierdza.*

**Dotyczy części 10 poz.1,3,5,11**

Pytanie 110

Czy dla ujednoczenia dokumentacji oraz interpretacji wyników testów, Zamawiający wymaga, aby wszystkie testy do kontroli sterylizacji parowej, które zostały opisane w poz. 1, 3, 5 i 11 pochodziły od jednego producenta?

- *Zgodnie z SIWZ.*

***Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm.) informuję, że w wyniku zapytań oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego uległa modyfikacji SIWZ w tym: załącznik: nr 5 – „formularz asortymentowo-cenowy”. Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.***

*Jolanta Morżkowska*

Prezes Zarządu