

Znak sprawy: AG/SzT/2710/2/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i artykułów EKG.

Znak sprawy: AG/SzT/2710/2/17

Zgodnie z art.38 ust.1 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

Dotyczy części 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w części nr 2, pozycji 1 dopuści: kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych, wykonane z poliuretanu, jednorazowego użytku, jałowe, apirogenne, z dodatkowym portem zamykanym standardowo, z 3 dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w RTG, filtr hydrofobowy, koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka w celu łatwego naprowadzenia w światło kaniuli, rozmiary:

22G 0.9x25mm, przepływ 42ml/min,

20G 1.0x32mm, przepływ 59ml/min,

18G 1.3x45mm, przepływ 96ml/min?

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy części 2

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby port boczny umieszczony był bezpośrednio nad skrzydełkami, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 2

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w części nr 2, pozycji 2 dopuści: korki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka w celu łatwego naprowadzenia w światło kaniuli ?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 2

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe diagnostyczne lekko pudrowane oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.3, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

- *Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.3, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 14 poz. 1

Pytanie nr 5

Z uwagi na umożliwienie dopasowania otworu w przylepcu woreczka stomijnego dokładnie do rozmiaru i kształtu stomii, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści worki stomijne z przylepcem do docięcia w zakresie 10-70mm - przylepiec wykonany z materiału hydrokoloidowego HyperFlex o wyjątkowych właściwościach gojących i przylepnych?

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy części 20

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w **pakiecie nr 20:**

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki owalne z okienkiem z możliwością wykonania biopsji stycznych, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów z markerami lub bez, długość narzędzia 120mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec, sterylizowane tlenkiem etylenu.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy części 5 poz. 3

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 5 poz. 3 jednorazowego wkładu biologicznie czystego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy § 8 ust. 2 wzoru umowy

Pytanie nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy

Pytanie nr 9

Paragraf 9 ust. 2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto dostawy. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5%.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy § 9 ust. 5 wzoru umowy

Pytanie nr 10

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości całego zamówienia w przypadku nie zastosowania się wykonawcy do w § 2 pkt. 3 .

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ww. kary do 10% oraz aby naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy części 17 poz. 1

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować ustnik do gastrokopii / bronchoskopii, wielorazowego użytku autoklawoalny bez paska mocującego?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy części 18 poz. 1

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestaw szczotek do czyszczenia endoskopów elastycznych, wielorazowego użytku, szczotka długa do kanału roboczego o średnicy szczotki 6mm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

- *Zgodnie z SIWZ.*



Dotyczy części 20 poz. 1

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypcę biopsyjną jednorazowego użytku; łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, kleszczyki niepowlekane na całej długości bezpieczne dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1200mm, o średnicy narzędzia 1,8mm do kanału roboczego 2,0mm, sterylne i oddzielnie zapakowane?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 9 oraz projektu umowy § 8 ust.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę reklamowanego towaru w terminie do 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2, 3 oraz 5

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% na 1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

- *Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja. W chwili obecnej Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.*

Dotyczy części 6 poz. 1

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 89 µg/g, w opakowaniu wewnętrznym papierowym, zewnętrznym papier powlekany folią?

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

Dotyczy części 6 poz. 1

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 97 µg/g, długość min. 275 mm w opakowaniu wewnętrznym papierowym, zewnętrznym foliowym?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 2

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein ≤ 83 µg/g, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III, grubość na palcu: 0,10 mm +/-0,02?

- *Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.3, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 3

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,07 mm +/-0,03, dłoń: 0,07 mm +/-0,03 oraz mankiet: 0,06 mm +/-0,03, poziom AQL 1,5, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I oraz czy Zamawiający odstąpi od wymogu by rękawice wolne były od ftalanów?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 6 poz. 4

Pytanie nr 21

Z uwagi na fakt iż rękawiczek w największym rozmiarze „ XL” jest zawsze mniej w opakowaniu niż w pozostałych, standardowych rozmiarach prosimy o dopuszczenie rękawic w opakowaniu a’180 sztuk dla rozmiaru XL oraz a’200 sztuk dla rozmiarów XS-L, wycena z przeliczeniem opakowań na zawierające 200 sztuk?

- *Zgodnie z SIWZ.*

Dotyczy części 7 poz. 2

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany w całości z włókniny foliowanej?

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy części 7 poz. 5

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 25g, składający się z poszwy 210x160cm, poszewki 70x70cm, prześcieradła 150x210cm?

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy części 7 poz. 6

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści podkład w roli w rozmiarze 50cm x 50m lub 50cm x 80m z perforacją co 38cm, z podaniem ceny za rolkę z zaokrągleniem do pełnego opakowania?

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy części 9 poz. 4

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu Mortara ELI-150 w bloku o wymiarach 108mm x 140mm x 200 kartek, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy części 9 poz. 5-6

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papierów oryginalnych (Mitsubishi i Sony, Japonia), jak dotychczas stosowane w Państwa placówce, gwarantujących jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamienniki o gorszych parametrach?

- *Zamawiający oczekuje zaoferowania papierów oryginalnych.*

Dotyczy części 13 poz.6

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania g.d.o. z konektorem nieprzezroczystym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

- *Zamawiający nie dopuszcza.*

Dotyczy części 21 poz.4

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml?

- *Zamawiający dopuszcza.*

Dotyczy części 10 poz.5

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność klasy TESTU Bowie-Dick z normą 11140-4, podobnie jak testów emulacyjnych (poz.1.), była również potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną? Jednostka notyfikowana działa niezależnie od producenta i dokonuje oceny w sposób obiektywny. Tak postawiony wymóg gwarantuje wysoką jakość zaoferowanych produktów, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego na wypadek ewentualnych roszczeń pacjentów. Jest on także zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§6.1.2), jak również z Prawem Zamówień Publicznych (art. 7 i 29).

- Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 6 poz.1

Pytanie nr 30

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniu: papier/papier - wewnątrz jednostronnie foliowane - gwarantującym sterylność produktu i niezmienność parametrów technicznych oraz zgodnym z przepisami regulującymi zasady opakowaniowe wyrobów medycznych?

- Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 6 poz.3

Pytanie nr 31

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubościach na palcu 0,10-0,11mm i na makiecie 0,06 mm. Różnica tak minimalna nie wpływa na komfort bezpieczeństwa pracy ich użytkownika, ponadto jest niewidoczna gołym okiem.

- Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy części 6 poz.3

Pytanie nr 32

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL 1.5 – tj poziomie zgodnym z wymaganiami normy EN 455 dla rękawic diagnostycznych.

- Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy treści umowy

Pytanie nr 33

1. Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy.
2. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 8 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
3. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 8 ust. 2 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.
4. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % w § 9 ust. 2.



5. Prosimy o modyfikację § 9 ust. 5 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości niezrealizowanej części umowy.

Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- *Zamawiający nie wyraża zgody.*

zatwierdził:

Hanna Jagodzińska

Z-ca dyrektora

ds. eksploatacyjno-administracyjnych